


## Manual de instruções do InfluxO3.


Parabéns, você adquiriu um produto revolucionário.

### Painel frontal:

**OBS: Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho, o mesmo se encontra com a chave na posição de 220 V.**



# Painel Traseiro.



**Esse conector permite a troca do eletrodo.**

# **Contra indicação de uso.**

**Não usar o InfluxO3 nas condições;**

**>Grávidas.**

**>Lactantes; mulheres que estejam amamentando.**

**>Portadores de marca passo, desfibrilador ou outros equipamentos eletrônicos implantados ao corpo.**

**>Crianças menores de 14 anos.** (Respeitando a lei do menor e adolescente)

**> Suspender o uso em casos de reações alérgicas, intoxicação ou outras manifestações por decorrência do ozônio.**

**Aplicar apenas uma vez por dia, dia sim dia não.**

**É importante uma boa hidratação durante o tratamento.**

**Beber água antes e após cada aplicação.**

## **Protocolo InfluxO3.**

Esse protocolo foi elaborado para padronizar os atendimentos com o InfluxO3, desta maneira iremos manter uma igualdade no atendimento, no qual o objetivo é o resultado.

Os resultados oferecidos pelo InfluxO3 são os mesmos oferecidos pelos métodos convencionais da ozonoterapia.

Os itens e a metodologia aqui listados, foram obtidos através dos testes realizados com voluntários, estudos de casos, pesquisas e ajuda de profissional da área da saúde.

Alguns itens poderão sofrer alterações.

Antes de cada tratamento pode-se pedir para o cliente exames laboratoriais, não obrigatório, exame de gasometria venosa, para certificar a presença do ozônio no sangue, caso necessário.

### **O equipamento:**

\* O equipamento é automático, não requer ajustes de tempo ou frequência, o mesmo não requer ajustes externos, apenas a chave de seleção de voltagem.

### **Efeitos colaterais:**

Alguns efeitos colaterais poderão surgir em algumas pessoas nas primeiras aplicações, tais como;

\*Gosto metálico na boca, “gosto de prego”, é um indicativo da presença do ozônio, podendo ser intensificado pela presença de medicamentos ou alimentos ingeridos.

\*Alterações nos hábitos intestinal, frequências e aspectos, não uma diarreia, apenas uma limpeza no organismo.

\* Aumento do volume e frequência urinaria.

\*Redução do peso corporal.

\* Alguns clientes podem apresentar uma hiperatividade, ou relaxamento devido energia do oxigênio.

### **A Primeira consulta:**

Na primeira consulta com paciente deve-se fazer algumas perguntas básicas:

## **São portadores de marca passo? (Não fazer uso do Influxo3)**

- \* Nome completo e idade.
- \* Registrar o peso corporal.
- \* Quais os medicamentos que faz uso.
- \* Tem hipertensão arterial.
- \* É diabético (Cuidado com paciente que faz uso de insulina, risco de hipoglicemia).
- \* Se são portadores de algumas enfermidades graves, ou doenças infecto contagiosas (Fazer uso dos EPIs, Equipamentos de uso individual).
- \* Para as mulheres em idade fértil questionar; **Se estiverem grávidas ou amamentando Não fazer uso do Influxo3.**
- \* Criança com idade inferior a 14 anos, não fazer uso do Influxo3.**
- \* Na primeira aplicação não deverá ultrapassar 5 minutos.**
- \* Com autorização do cliente, é importante registrar em vídeos ou fotos.

### **Preparação do cliente:**

- \* O cliente deverá ser posicionado em uma cadeira, ou maca, de madeira ou plástico.
- \* A cadeira ou a maca não deverão conter peça de metal, apenas pregos, parafusos.
- \* Oferecer um copo de água antes de cada aplicação, ou orientar para que o cliente beba água antes de vir para a aplicação.
- \* Quando posicionado em cadeira o cliente deverá colocar os pés sobre um tapete de borracha, **o mesmo não deverá tocar em paredes, no chão ou em pessoas, durante todo o tempo em que o aparelho estiver ligado.**
- \* Nunca aplicar em paciente descalço ou sem proteção devidas nos pés, cuidado com os dias de chuva, fazer a troca dos calçados molhados.**
- \* Posicionar o eletrodo no pulso, ou na junção do braço com o antebraço, certifique que esteja bem posicionado.
- \* Certifique que tudo está correto, só então ligue o aparelho e aperte a tecla “partida”.
- \* Nunca remover o eletrodo com o aparelho ligado.**
- \* Durante o funcionamento o marcador de frequência irá monitorar a geração de ozônio no organismo, poderá ocorrer pequenas variações.
- \* Após o tempo definido o equipamento irá desligar, desligue a chave geral, e só então poderá retirar o eletrodo do seu cliente e higienizar.

### **Períodos de Aplicações:**

- \* Devemos fazer as aplicações alternando dias, ou seja, **dia sim dia não. (Não realizar duas ou mais aplicações no mesmo dia).**
- \* Realizar 4 ou 8 aplicações e aguardar 08 dias, havendo necessidade retomar as aplicações, é importante deixar o organismo reagir ao tratamento. **Para uma manutenção da sua saúde basta uma ou duas aplicações por semana.**
- \* Não fazer uso do Influxo 48 horas antes de qualquer cirurgia.**

### **Resultados:**

- \* As melhorias dos sintomas, de um modo geral, surgem efeitos entre a terceira e a quinta aplicação, com exceção de gripes e resfriados que podem ser de imediato.
- \* Cabelos, pelos e barbas podem mudar a cor, voltam a coloração natural.
- \* Não oferecer quantidades inferior a quatro aplicações.

### **Perguntas frequentes:**

**O aparelho dá choque?** ->*Sim dá choque, por isso é importante seguir o protocolo para aplicação.*

**É necessário retirar anéis, relógio ou corrente?** ->*Não, não há necessidade de retirar acessórios do corpo.*

**Posso fazer mais de uma vez por dia?** ->*Não, fazer uso dia sim dia não.*

**Posso fazer uso do celular durante a aplicação?** ->*Não, não é aconselhável fazer uso do aparelho eletrônico durante a aplicação.*

**O aparelho gasta muita energia?** ->*Não, o consumo de energia é extremamente baixo, não representando nenhum custo adicional a sua conta de energia.*

**Posso fazer uso em pessoas idosas?** ->*Sim, porém o tempo de aplicação deverá ser reduzido para as pessoas muito magras, pouca massa corporal.*

**Fazer uso do equipamento emagrece?** ->*Sim, com o uso frequente do ozônio é normal perder peso, líquidos.*

**Precisa beber água antes de cada aplicação?** ->*Sim, é importante uma boa hidratação antes e após as aplicações.*

**Quem tem implantes dentários ou prótese pode fazer uso do aparelho?** ->*Sim, pode, não trazendo nenhum problema para o seu paciente.*

**Pessoas que tiveram infarto e possuem estêncil pode fazer uso do equipamento?** ->*Sim, pode fazer uso, somente portadores de marca passo, desfibrilador ou outros equipamentos eletrônicos implantado ao corpo, não devem fazer uso do equipamento.*

**O equipamento esquenta, precisa descansar depois de cada aplicação?** -> Não, o aparelho não esquenta, desta maneira você pode fazer diversos usos diários em seus pacientes.

# Como operar o InfluxO3:

- >Posicione o cliente corretamente em uma maca de madeira, ou cadeira de plástico.
  - > O cliente não deve tocar no chão, nas paredes, em pessoas ou animais durante o procedimento (**Risco de choque elétrico**).
  - > Coloque os pés, **com calçados**, sobre o tapete de borracha que acompanha o aparelho.
  - > Posicione o eletrodo no pulso, ou na junção do braço com o antebraço, esquerdo ou direito do cliente, certifique que esteja bem posicionado.
  - > Ligue o aparelho pela chave geral, “ligar”, e aguarde 4 segundos para resetar o processador.
  - > O frequencímetro irá monitorar a geração de ozônio durante toda a operação, é normal variar a frequência durante o procedimento.
  - > Espere o tempo programado de 14 minutos.
  - > Caso necessite parar o procedimento use a chave **interromper**.
  - > Após o tempo programado, o aparelho irá desligar.
  - > Retire o eletrodo do seu cliente.
  - > Procedimento finalizado.
- Após o uso desligar o aparelho pela chave geral.
- Observação: Não é aconselhável realizar aplicação após as 17 horas, alguns clientes podem apresentar um grau extremo de excitação, comprometendo o sono.**
- Obs: Nunca retire o eletrodo com o aparelho ligado.**

## Protocolo para as pessoas que estão em tratamento de C.A. (Câncer).

**Esse setor é direcionado somente aos pacientes que estão em tratamento contra câncer, seja quimioterápico ou radiológico, e recém identificado.**

### **Beber água antes e após cada aplicação.**

**O câncer consome muita energia do paciente, por esse motivo podemos fazer uso do InfluxO3 diariamente enquanto o paciente estiver em tratamento, ou para pacientes que irão iniciar o tratamento.**

**Com uma (1) aplicação diária do InfluxO3, aumenta a proteção do paciente contra os efeitos da radioterapia, amenizando os males decorrente da radiação, e os efeitos da quimioterapia.**

Manter esse protocolo por 30 dias, depois dar uma pausa de uma (1) semana, podendo repetir o tratamento.

O paciente deverá seguir todo o protocolo de aplicação, colocando o eletrodo no pulso e colocando as mãos sobre o local que está sendo tratado, desta maneira, as mãos se torna um extensor do eletrodo.

Colocar a mão com eletrodo na região em que se encontra o tumor, ou a lesão, sendo ela nos seios, abdome, o mais próximo possível do útero, garganta, etc...

Os resultados de regressão dos tumores em geral aparecem em 30 dias, lembrando que cada caso é único, essa é uma referência baseado em relatos de pacientes encaminhado para nós.

**Beber água antes e após cada aplicação.**

**Ficha Técnica.**

**Gerador Bio eletrônico de ozônio.**

Tensão de funcionamento: 127 ou 220 volts, Chave comutadora manual.

Consumo de energia: 1,5W.

Frequência de operação: 110 Hz a 600 Hz.

Característica dos pulsos: Corrente pulsante.

Tipo de onda: senoidal.

Temporizado: 14 minutos.

Aplicação no pulso ou na junção do braço e antebraço: O Eletrodo é do tipo clip, construído em acrílico, e revestimento interno em aço inox.

Peso aproximadamente: 1,3kilos.

**O equipamento:**

1- Gabinete InfluxO3.

1- Eletrodo Cliper para o pulso.

1- Tapete de EVA.



Tecnologia e Robótica

tecnobrasilrobotica@yahoo.com.br



## Termo de garantia Influx03.

Essa garantia cobre defeitos decorrentes de fabricação, não cobrimos defeitos por mau uso, ou queda do aparelho, painel quebrado, instrumentação quebrada, chaves quebradas, eletrodo quebrado ou instalação em tensão errada.

Por se tratar de um equipamento eletrônico, no qual usa centenas de componentes, pode ocorrer alguma falha em algum componente, ou no transporte, via correios, podem ocorrer alguns danos. Quando receber o equipamento verificar as condições de funcionamento do mesmo.

A garantia oferecida pela TECNOBRASIL é de 180 dias, tomando como referência a data de venda ao consumidor final.

**Para manutenção corretiva ou atualizações do equipamento, basta enviar para:**

**Caixa postal 2018 CEP 18608-970**

**Botucatu / São Paulo**

**Jair Fumes**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]